

デバイス変更等のご案内

ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤 ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」

2021年4月

各位

日本ジェネリック株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび『ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」』につきまして、デバイスの変更等をさせていただきますので下記のとおりご案内いたします。

今後とも引き続き弊社製品に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


変更内容

※写真及び画像の色調が現物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。

① デバイス変更: 次のとおり、デバイスを変更いたします。

・グリップの形状を変更いたします。

・残量計に視認性向上の為の5回刻みの目盛りを追加の上、終了時には窓全体に赤色が表示されるように変更いたします。



※中の薬剤及び使用方法の変更はございません。

(裏面へ続く)

② 封入指導箋の変更:次のとおり、製品に封入されている指導箋の記載整備を行います。

	旧	新
表面	<p>ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」/ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」の使用法</p> <p>使用手順 吸入器の各部の名前については裏面をご覧ください</p> <p>新たに封入した吸入器での準備動作</p> <p>戻った使用方法</p>	<p>ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」/ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」の使用法</p> <p>使用手順 吸入器の各部の名前については裏面をご覧ください</p> <p>新たに封入した吸入器での準備動作</p> <p>戻った使用方法</p>
主な変更点	<p>グリップイラスト</p> <p>回し方イラスト</p>	<p>グリップイラスト</p> <p>まっすぐ立てます。</p> <p>回し方イラスト</p>
裏面	<p>各部の名前</p> <p>吸入器についての注意事項</p> <p>機器計の表示</p> <p>取り扱い上の注意</p> <p>版番:001149100-002</p>	<p>各部の名前</p> <p>吸入器についての注意事項</p> <p>機器計の表示</p> <p>取り扱い上の注意</p> <p>版番:001149100-003</p>

※上記はイメージです

変更品の出荷時期と初回製造番号

製品名	包装単位	出荷予定時期	初回製造番号	使用期限
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	1本	2021年6月頃	101040	2023年1月
	10本			

製品の流通状況により、変更品のお届けまでに多少の時間を要する場合がありますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 ※ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」につきましても、類似の変更予定がございますので、出荷予定時期に合わせてご案内いたします。

変更品の個装箱表示

・個装箱に **デバイス変更品** の表示をいたします。

お問い合わせ先

お客さま相談室:0120-893-170

以上

包装変更などのお知らせ文書は、弊社の医療関係者向けホームページにも掲載しております。

<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>

