

GnRH 誘導体制剤

**ブセレリン**点鼻液0.15%「ILS」

Buserelin Nasal Solution 0.15% 「ILS」

ブセレリン酢酸塩製剤

－ 噴霧量試験結果 －

ILS 株式会社



●噴霧回数 10 回までの結果

<規格:平均 95~115mg、個々 90~120mg>

噴霧回数	噴霧量(mg)				
	製造番号 A	製造番号 B	製造番号 C	製造番号 D	製造番号 E
1	97.56	97.32	98.87	98.96	96.92
2	98.57	98.68	98.27	100.36	97.86
3	97.77	96.93	98.67	101.05	96.82
4	97.45	98.53	98.90	101.40	97.93
5	96.68	98.25	98.86	102.66	98.98
6	97.30	97.37	99.33	101.95	97.55
7	95.09	97.86	97.89	101.18	96.84
8	94.93	97.69	98.09	101.60	97.06
9	94.79	97.89	98.89	101.07	98.15
10	95.49	98.08	98.61	100.79	97.23
平均	96.56	97.86	98.64	101.10	97.53

ブセレリン点鼻液 0.15% 「ILS」の噴霧量試験を実施した結果、製造番号 A~製造番号 E のいずれも噴霧回数 1~10 回までの平均値、及び個々の噴霧量について規格の範囲内であり、「適合」と判定された。以上から、1 回あたりの噴霧量が一定であることが確認された。

以上

ILS 株式会社